

お客様ならびに代理店各位

2019年11月8日

Cytiva (サイティバ) Biacore Maintenance kits 製品変更のご案内

拝啓

貴社、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

この度、現 Biacore Maintenance Kit について、2019年12月20日(金)の弊社受注分をもって販売を終了させていただきます。同じ製品名、新コード番号の新製品を2020年1月より販売開始することとなりました。現製品は期間内であっても在庫がなくなり次第販売終了となりますのでご了承ください。

新製品は旧キットの内容から次亜塩素酸ナトリウム (sodium hypochlorite) が除かれております。ご使用の際は、別途ご用意いただく必要がございます。特にメーカー、製品の指定はございませんので、入手可能な研究用の試薬をご購入ください。

今回の製品の変更は、世界的な規制の強化によるものです。ユーザーの皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

詳細については、弊社バイオダイレクトライン (03-5331-9336) までお願いいたします。

今後とも弊社ならびに弊社製品にご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

※ 2020/3/3 追記：

次亜塩素酸ナトリウムをご使用の際は終濃度 0.6-1.0%に用事調製してからご使用ください。紫外線、光、温度によって分解されるため作り置きはしないでください。また、次亜塩素酸ナトリウムの使用期限にも十分ご注意ください。

※ 販売代理店様におかれましては、現在当製品をお使いのお客様へ、この旨お伝えくださいますようお願い申し上げます。

敬具

Cytiva (サイティバ)

バイオダイレクトライン (製品問合せ対応窓口)

TEL: 03-5331-9336 e-mail: Tech-JP@cytiva.com

法人名： グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社

■ 新旧対照表

販売終了製品			新製品	
コード番号	製品名		コード番号	製品名
BR100667	Biacore Maintenance Kit	→	29394522	Biacore Maintenance Kit
BR100651	Biacore Maintenance Kit, type 2	→	29394519	Biacore Maintenance Kit, type 2
BR100666	BIAmaintenance Kit	→	29394521	BIAmaintenance Kit